

Planilha1

AVALIAÇÃO QUALIDADE IMAGEM MAMOGRÁFICA  
CONVENIO HCPA e CEVS-SCR – 2009 / 2010

CNPJ		CRS	
R. SOCIAL			
ENDEREÇO			
CIDADE	CEP		
FONE	E-MAIL		
R. TÉCNICO		CRM	
ESPECIALIDADE MAMO?		INSTITUIÇÃO	
INTERPRETA		CRM	
ESPECIALIDADE MAMO?		INSTITUIÇÃO	
ATENDE: SUS		CONVENIOS/PARTICULAR	

**EQUIPAMENTO**

MARCA		MODELO	
SÉRIE		COMPLEMENTO	
DATA L. RADIOMÉTRICO		EMPRESA	
SITUAÇÃO C. QUALIDADE			
EMPRESA			

**CONDIÇÕES DO ENSAIO**

DATA:		HORA		SIMULADOR N.	
TÉCNICO RX				CRTR	
TENSÃO	28kV	mAs	Automático	AEC	ligado
mAs APÓS DISPARO		FOCO	GROSSO	CARGA	
no caso de AEC Manual		valor do mAs			
DENSIDADE ou GRAU ENEGRECIMENTO utilizado				MAMA	Média

**OBSERVAÇÕES:**

--

<b>PROCESSAMENTO</b>		DIGITAL		TIPO:	
PROCESSADORA		MODELO			
FILME		CASSETES			
TEMP. PROCESSADORA		TEMP. AMBIENTE			
QUÍMICOS		UMIDADE CAM. ESCURA			

**ANOTAÇÕES**

--

**RESULTADOS / OBSERVAÇÕES:**

PADRÃO MS 453/98		VISUALIZADOS
FIBRAS	> = 4	
MICROCALCIFICAÇÕES	> = 3	
MASSAS TUMORAIS	> = 4	
GRADES METÁLICAS		
DISCOS BAIXOS CONTRASTE		

**LAUDO**

--

ASS: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_